

Eichung der Kraftmessgeräte für automatischen Toren und Türen

Der Punkt 5.1.2 der Vorschrift EN12445:2000 schreibt vor, dass die Kraftmessgeräte für Toren und Türen mindesten einmal pro Jahr geeichten werden müssen.

Microtronics, wie Hersteller den Geräten, bietet zwei Typen von Eichung an: standard und akkreditierte.

STANDARD EICHUNG

Die standard Eichung besteht in der Überprüfung des Messfehlers des Geräts in den Modalitäten des internen Verfahrens und im Umwelt Kontext der Microtronics Laboratorien.

Die Ausstellung einen Eichschein mit messtechnischer Bezugnahme auf die Nationalen Accredia nachweisbaren Proben ist vorgesehen. Der Dienst beinhaltet (nur für Geräte von Microtronics) die Aktualisierung des Eichungsdatums im Speicher des Geräts und die eventuelle Regelung zur Wiederherstellung der angemessenen Genauigkeitsgrenzen.

Das akkreditierte Eichschein der Referenzprobe ist auf Anfrage erhältlich.

AKKREDITIERTE EICHUNG

Microtronics bietet auch den Eichungsdienst unter Vorschrift EN17025 in Zusammenarbeit mit einem europäischen akkreditierten Labor an.

Die Ausstellung der akkreditierte Eichschein von dem externen Laboratorium ist vorgesehen. Der Dienst beinhaltet (nur für Geräte von Microtronics) die Aktualisierung des Eichungsdatums im Speicher des Geräts und die eventuelle Regelung zur Wiederherstellung der angemessenen Genauigkeitsgrenzen. Die detaillierten technischen Spezifikationen der akkreditierten Eichung sind auf Anfrage erhältlich.

EVENTUELLE REPARATUR

Wenn das Gerät fehlerhaft ist, wird die Eichung abgebrochen und der Kunde über die Kosten der Reparatur informiert, die eventuell vom technischen Assistenzpersonal von Microtronics übernommen wird. Falls der Kunde nicht interessiert ist, die Reparatur des Geräts zu machen, wird das Gerät nicht bearbeitet und an der Kunde wiedergegeben. Wenn der Betrag im Voraus gezahlt wurde, wird ihn ohne die Versandkosten (wenn bestehend) zurückgezahlt.

